ИНСТРУКЦИЯ

«Изолак» гипс-гипс»

Лак разделительный зуботехнический
по ТУ 9391-005-10614163-98

РУ № ФСР 2009/04528 от 13.01.2020 г.

Назначение:
Лак разделительный зуботехнический «Изолак» гипс-гипс» является медицинским изделием, выпускается в нестерильной форме, предназначен для разделения поверхностей гипсовых моделей от гипса, используемого при изготовлении зубных протезов в зуботехнических лабораториях.

Способ применения:
Перед нанесением «Изолак» гипс-гипс» необходимо очистить и обезжирить поверхность гипсовой модели. Требуемое количество лака налить в отдельную ёмкость и кисточкой равномерно нанести, на отвердевшую поверхность гипсовой модели, выдержать в течение 1-2 минут.

Доступная форма поставки:

1. Флакон с лаком разделительным, закрытый крышкой объёмом (125±5) мл
2. Флакон с лаком разделительным, закрытый крышкой объёмом (500±5) мл
3. Флакон с лаком разделительным, закрытый крышкой объёмом (1000±5) мл

Условия хранения и транспортирования:
«Изолак» гипс-гипс» должен храниться в закрытом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов при температуре от +5 до +40°С и относительной влажности не более 98%. Условия транспортирования при температуре от -15 до +50°С и относительной влажности не более 98%.

Срок годности: 3 года.

Гарантии изготовителя:
Изготовитель гарантирует соответствие свойств «Изолак» гипс-гипс» требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Утилизация отходов:
Отходы при использовании изделия «Изолак» гипс-гипс» в виде остатков лака и упаковки утилизируются согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 класс А. Неиспользованное изделие по истечении срока годности утилизируется согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 класс А.

Информация предоставлена:
Компанией "Реалдент", г. Воронеж, ул. Крсаноармейская, 60. Тел: (473) 277-64-77, 257-25-52. www.dntald.ru